

Zertifikat



BGS Fritz-Kotz-Straße 16 51674 Wiehl
Deutscher Gemeindeverlag
GmbH
Heßbrühlstraße 69
70565 Stuttgart

Ihre Lieferschein-Nr.: 5500000383
Ihre Bestellung: 4500171793
Kunden-Nr.: 101271
Datum: 18.04.2019

BGS-Auftrags-Nr.: 167889

Zertifikat Nr.: 618973
Seite: 1 / 1

BGS-Chargen-Nr./Split Nr.: 19015273/0

Bestrahlte Menge:	1 Palette(n)
Ihr Artikel:	00/145/031/49
BGS Materialnummer:	044138
Strahlenart:	Gamma
Erforderliche Minimaldosis [kGy]:	15,00
Zulässige Maximaldosis [kGy]:	40,00
Bestrahlt am:	17.04.2019
Ermittelte Minimaldosis [kGy]:	15,63
Ermittelte Maximaldosis [kGy]:	25,38
Chargen-Freigabe:	Harnisch Hella, 18.04.2019, 10:54

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.